

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z zamieszczonym ogłoszeniem o zamówieniu niepublicznym nr **WS2474574155** na **Zakup, dostawa i montaż dygestoriów zimnych**, organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego przez Centrum Badań Jakości Sp. z o. o., działając w imieniu i na rzecz:

.....
(nazwa firmy)

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania przetargowego i podaję:

I. Dane dotyczące firmy:

1.	Nazwa firmy:	
2.	Adres firmy:	
3.	Telefon kontaktowy:	
4.	Nr faksu:	
5.	E-mail:	
6.	NIP / NIP EU:	
7.	REGON:	
8.	Imię i Nazwisko (nr telefonu) osoby(ób) odpowiedzialnej(ych) ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym w toku postępowania:	

II. Warunki handlowe oferty:

1.	Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, wniesienie i zamontowanie pięciu sztuk dygestoriów zimnych, podłączenie urządzeń do instalacji wodnej, wentylacyjnej i elektrycznej, ich uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji urządzeń, jak również świadczenie usług w zakresie przeglądu i serwisu gwarancyjnego.	
2.	Okres gwarancji 24 miesiące od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego	TAK / NIE
3.	Warunki gwarancji Czas reakcji serwisu na awarię w okresie gwarancji (rozumiany jako przyjazd do miejsca działalności Zamawiającego i diagnoza) wynosi 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego (w tym poczta elektroniczna). W okresie gwarancji naprawa urządzenia zostanie wykonana do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,	TAK / NIE

	<p>w miejscu użytkowania urządzenia. W przypadku awarii wymagającej zamówienia części serwisowych, przywrócenie sprawności urządzenia nastąpi w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia awarii, także w przypadku konieczności zamówienia części zamiennych z zagranicy. Powyższy termin nie dotyczy uszkodzeń, które powstały w wyniku niewłaściwej obsługi Zamawiającego. W okresie oczekiwania na części z zagranicy, Wykonawca zapewni możliwość tymczasowego wykorzystania części serwisowych będących w jego posiadaniu. W okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewnia pełną obsługę serwisową wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami /wymaganiami producenta. Świadectwo autoryzacji serwisu w zakresie obsługi gwarancyjnej. Jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca nie usunie wady w terminie, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa gwarancji. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy.</p>	
4.	<p>W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać minimum 2 przeglądy techniczne – pierwszy po roku użytkowania urządzeń i drugi przed końcem gwarancji - przeglądy techniczne w ilości i zakresie zgodnymi z wymaganiami producenta w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Przegląd może wykonać wyłącznie wykwalifikowany pracownik autoryzowanego serwisu z siedzibą w Polsce, posiadający minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych oraz biegle posługujący się językiem polskim.</p>	TAK / NIE
5.	<p>Wymagana płatność: przelew, 60 dni od dnia wpływu faktury. 60-dniowy termin płatności, liczony od daty wpływu faktury, wynika z obowiązującej nas Uchwały Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie terminów płatności w spółkach Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.</p>	TAK / NIE
6.	<p>Termin dostawy zamówienia: do dnia 30.06.2025 r.</p>	TAK / NIE
7.	<p><u>Miejsce dostawy:</u> Centrum Badań Jakości Sp. z o.o. Wydział Kontroli Jakości WKJ-4 Rejon Lubin ul. M. Skłodowskiej-Curie 187a, 59-301 Lubin (pokój 102, I piętro)</p>	TAK / NIE
8.	Wymagania techniczne wspólne dla wszystkich dygestoriów:	
a)	wymiary wewn. komory dygestorium: szer. ok. 1100 mm, gł. min. 750 mm, wys. ok. 1200 mm	TAK / NIE
b)	konstrukcja nośna (stelaż) stalowy malowany proszkowo powłoką chemoodporną, stelaż niewystający poza obręb dygestorium	TAK / NIE

c)	konstrukcja komory: płyta dwustronnie laminowana gr. 25 mm	TAK / NIE
d)	zewnętrzne ściany dygestorium – dobór materiału na wizji lokalnej ze względu na szeregowe ustawienie wszystkich kupowanych dygestoriów	TAK / NIE
e)	wnętrze komory z ceramiki wielkoformatowej Buchtal	TAK / NIE
f)	wentylacja szczelinowa przez podwójną ścianę tylną (szczelina z ceramiki wielkoformatowej Buchtal)	TAK / NIE
g)	kanał zbiorczy powietrza odprowadzanego z polipropylenu śr. ok. 200 mm	TAK / NIE
h)	system kontroli wentylacji (zgodnie z PN 14175) posiadający wskaźnik bieżącej wartości przepływu powietrza, sygnalizację akustyczną i wizualną przekroczenia stanów alarmowych, sygnalizację przekroczenia temp. 50 st. Celsjusza w kanale wentylacyjnym, podtrzymywanie akumulatorowe	TAK / NIE
i)	blat roboczy: lita ceramika techniczna ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym z 4 stron, otwór pod zlewik szt.1 z prawej strony przy ścianie tylnej	TAK / NIE
j)	zlewik ceramiczny podklejony o wym. ok. 250 x 100 mm	TAK / NIE
k)	szyba przednia bezpieczna/hartowana podnoszona na łożyskowanych rolkach z przeciwwagą	TAK / NIE
l)	system zabezpieczający przed spadkiem okna	TAK / NIE
m)	boczne osłony okna (z przodu dygestorium) ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo	TAK / NIE
n)	sygnalizacja podniesienia okna powyżej 50 cm	TAK / NIE
o)	3 gniazda 230V/16A w panelu pod blatem dygestorium	TAK / NIE
p)	oświetlenie komory w obudowie IP55 z włącznikiem w panelu kontrolnym	TAK / NIE
r)	dygestoria powinny posiadać widoczne, czytelne i trwałe informacje/ostrzeżenia w j. polskim lub w postaci łatwo zrozumiałych symboli lub piktogramów (jeśli dotyczy)	TAK / NIE
9.	Wymagania szczegółowe:	
9.1	Dygestorium zimne – 1 szt.	
a)	wymiary zewn.: szer. 1200 mm, gł. ok. 900 mm, wys. ok. 2400 mm	TAK / NIE
b)	w ścianie tylnej wylewka zimnej wody 1 szt. w powłoce chemoodpornej; zawór wody dla wylewki wody zimnej w panelu pod blatem, oznaczony kolorystycznie zgodnie z EN13795	TAK / NIE

c)	pod blatem szafka wentylowana, dzielona, z płyty laminowanej, wyłożona tworzywem chemoodpornym /z wykładką z polipropylenu, szafka podłączona do wentylacji wyciągowej, obie części szafki zamykane na klucz	TAK / NIE
9.2	Dygestorium zimne – 1 szt.	
a)	wymiary zewn.: szer. 1200 mm, gł. ok. 900 mm, wys. ok. 2400 mm	TAK / NIE
b)	w ścianie tylnej wylewka zimnej wody 1 szt. w powłoce chemoodpornej; zawór wody dla wylewki wody zimnej w panelu pod blatem, oznaczony kolorystycznie zgodnie z EN13795	TAK / NIE
c)	pod blatem szafka wentylowana, dzielona, z płyty laminowanej, wyłożona tworzywem chemoodpornym /z wykładką z polipropylenu, szafka podłączona do wentylacji wyciągowej	TAK / NIE
9.3	Dygestorium zimne – 1 szt.	
a)	wymiary zewn.: szer. 1200 mm, gł. ok. 900 mm, wys. ok. 2100 mm	TAK / NIE
b)	w ścianie tylnej wylewka zimnej wody 1 szt. w powłoce chemoodpornej; zawór wody dla wylewki wody zimnej w panelu pod blatem, oznaczony kolorystycznie zgodnie z EN13795	TAK / NIE
c)	pod blatem szafka wentylowana, dzielona, z płyty laminowanej, wyłożona tworzywem chemoodpornym /z wykładką z polipropylenu, szafka podłączona do wentylacji wyciągowej	TAK / NIE
9.4	Dygestorium zimne – 2 szt.	
a)	wymiary zewn.: szer. 1200 mm, gł. ok. 900 mm, wys. ok. 2400 mm	TAK / NIE
b)	w ścianie tylnej wylewka zimnej wody 2 szt. w powłoce chemoodpornej (jedna z lewej, a druga z prawej strony ściany tylnej); zawory wody szt. 2 (indywidualnie dla każdej wylewki wody zimnej) w panelu pod blatem, oznaczone kolorystycznie zgodnie z EN13795	TAK / NIE
c)	pod blatem szafka wentylowana, dzielona, z płyty laminowanej, wyłożona tworzywem chemoodpornym /z wykładką z polipropylenu, szafka podłączona do wentylacji wyciągowej	TAK / NIE
10.	Cena netto za przedmiot zamówienia (5 szt.) w tym: PLN/EUR/USD netto Słownie:..... 00/100 PLN/EUR/USD netto

a)	dygestorium zimne – 1 szt. (pkt. 9.1 formularza) PLN/EUR/USD netto
b)	dygestorium zimne – 1 szt. (pkt. 9.2 formularza) PLN/EUR/USD netto
c)	dygestorium zimne – 1 szt. (pkt. 9.3 formularza) PLN/EUR/USD netto
d)	dygestorium zimne – 2 szt. (pkt. 9.4 formularza) PLN/EUR/USD netto
11.	Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej celem pomiaru pomieszczenia i doboru optymalnych rozmiarów zewnętrznych dygestoriów (szeregowe ustawienie 5 sztuk dygestoriów zimnych, dostosowanie wysokości dygestoriów do istniejących w pomieszczeniu instalacji niezwiązanych z pracą dygestoriów) oraz ustalenia optymalnego usytuowania podłączenia wody, miejsca odciągu powietrza, podłączeń do sieci elektrycznej dygestoriów. Dopuszcza się zmiany w gabarytach dygestoriów.	
12.	Odbiór urządzenia nastąpi po stwierdzeniu prawidłowości działania urządzenia, weryfikacji kompletności wyposażenia i dokumentacji oraz obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń i uwag Zamawiającego.	
13.	Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z uwagi na parametry techniczne zaproponowanych urządzeń na etapie oceny ofert.	
14.	Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym określonych warunków i zakresu zapytania ofertowego w terminie nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. Odpowiedzi będą udostępnione na platformie zakupowej SAP Ariba. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez odpowiedzi pytania, które wpłynie później niż 1 dzień przed terminem składania ofert.	
15.	Dokumenty wymagane przy dostawie:	
a)	deklaracja zgodności producenta stwierdzająca spełnienie przepisów prawnych UE	TAK / NIE
b)	instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej	TAK / NIE
16.	W przypadku wygrania przetargu wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przed jej podpisaniem) w formie: a) pieniężnej, b) gwarancji bankowej / gwarancji ubezpieczeniowej Ad. do b. przed podpisaniem umowy/po podpisaniu umowy* * niewłaściwe skreślić	Forma zabezpieczenia:
17.	Do oferty należy dołączyć: - kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty wraz z dowodem opłaty składki ubezpieczeniowej, - certyfikat autoryzacji serwisu.	

Złożona(e) cena(y) jest(są) kompletna(e), jednoznaczna(e) i obejmuje(a) wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny oraz innych wymogów sprecyzowanych w niniejszym dokumencie. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert tj. 100% cena.

W razie nieprzystąpienia do realizacji przedmiotu postępowania lub złożenia oświadczenia o braku możliwości realizacji przedmiotu postępowania po wyborze oferty i zgodnie z jej treścią, w okresie jej ważności Spółka CBJ może naliczyć wybranemu oferentowi karę w wysokości 10% wartości wybranej oferty netto.

Przystępując do przedmiotowego postępowania w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy, że:

Wykonawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązane są do bezwzględnego zachowania trzeźwości podczas przebywania/wjazdu/wejścia na teren Zamawiającego oraz niewnoszenia (przez ww. osoby) na teren Zamawiającego alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu oraz zobowiązane są do stosowania się do wewnętrznych procedur Zamawiającego dotyczących kontroli na obecność alkoholu i środków działających podobnie do alkoholu.

W przypadku próby wejścia/wjazdu/przebywania na terenie Zamawiającego pracownika Wykonawcy (lub osób, którymi Wykonawca posługuje się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) w stanie po użyciu alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wnoszenie (przez ww. osoby) na teren Zamawiającego napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu, oraz niezastosowanie się (przez ww. osoby) do wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego w zakresie procedury kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, traktowane będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków i skutkować będzie możliwością naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca oraz wszystkie osoby wykonujące prace w jego imieniu zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

Za naruszenie przepisów bhp, p.poż., ochrony środowiska i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego przez osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca nie ma prawa filmowania, fotografowania, nagrywania, transmitowania oraz utrwalania przy pomocy urządzeń elektronicznych na terenie Zamawiającego (w tym Oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.).

Za naruszenie zakazu filmowania, fotografowania, nagrywania, transmitowania oraz utrwalania przy pomocy urządzeń elektronicznych na terenie Zamawiającego (w tym na terenie KGHM Polska Miedź S.A.), Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek.

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy