

### Minimalne wymagania przedmiotu zamówienia

## Zakup i dostawa analizatora (analizatorów) pomiaru azotu ogólnego i ChZT odprowadzanych ścieków technologicznych na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn

W poniższej tabeli w kolumnie 2 zestawiono minimalne wymagania dla przedmiotu postępowania określone przez NITROERG S.A. Oferent powinien wypełnić kolumnę 3 oraz 4 (jeśli parametry różnią się od minimalnych wymagań określonych przez NITROERG S.A.), w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację proponowanych parametrów technicznych.

Lp.	Minimalne wymagania określone przez NITROERG S.A.	Potwierdzenie parametrów określonych w kol. 2 [TAK/NIE]	Parametry przedmiotu postępowania proponowane przez Oferenta (jeśli w kol. 3 wpisano "NIE")
1	2	3	4
1	<b>Ilość sztuk:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 kpl</li></ul>		
2	<b>Wymagania dotyczące analizatora</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Pomiar azotu ogólnego</b></li><li>Zakres pomiarowy dla pomiaru azotu ogólnego: 0 – 60 mg N/dm<sup>3</sup></li><li><b>Pomiar CHZT</b> (po przeliczeniu z OWO i OWN)</li><li>Zakres pomiarowy dla pomiaru CHZT: 0 – 300 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup></li><li>Automatyczny pobór próbek zgodnie z zadaniem interwałem oraz ich analiza</li><li>Dodatkowo port ręcznego poboru próby</li><li>Komunikacja cyfrowa: Modbus TCP/IP</li><li>Przechowywanie danych: przechowywanie archiwum danych przez cały okres eksploatacji analizatora na karcie SD/MMC.</li><li>Przechowywanie archiwum danych awarii na karcie SD/MMC przez cały okres eksploatacji analizatora.</li></ul>		

Lp.	Minimalne wymagania określone przez NITROERG S.A.	Potwierdzenie parametrów określonych w kol. 2 [TAK/NIE]	Parametry przedmiotu postępowania proponowane przez Oferenta (jeśli w kol. 3 wpisano "NIE")
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura otoczenia: 5 - 40 °C</li> <li>• Temperatura próbki na wlocie : 2 - 60 °C</li> <li>• Tolerancja na chlorki: Do 30 %</li> <li>• Jedno kanałowy</li> <li>• Wielkość cząstek: Do 2 mm, łagodne cząstki stałe</li> <li>• Wilgotność: 5 - 85 % (bez kondensacji)</li> <li>• Wybór zakresu: Automatyczny lub ręczny wybór zakresu</li> <li>• Wyjścia: 4 - 20 mA</li> <li>• Menu w Języku Polskim</li> <li>• Montaż i uruchomienie urządzenia</li> <li>• Przeszkolenie personelu</li> </ul>		
3.	<b>Warunki gwarancji:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okres gwarancji (minimum 24 miesiące)</li> </ul>		
4.	<b>Warunki płatności:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma płatności: przelew</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin płatności: min. 60 dni od daty podpisania protokołu odbioru</li> </ul>		
5.	<b>Warunki dostawy:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszt dostawy wliczony w cenę oferty, DAP Krupski Młyn</li> </ul>		
6.	<b>Miejsce dostawy:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NITROERG S.A. lokalizacja Krupski Młyn, 42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 1</li> </ul>		
7.	<b>Termin realizacji:</b>		

Lp.	Minimalne wymagania określone przez NITROERG S.A.	Potwierdzenie parametrów określonych w kol. 2 [TAK/NIE]	Parametry przedmiotu postępowania proponowane przez Oferenta (jeśli w kol. 3 wpisano "NIE")
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"><li>do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy</li></ul>		
8.	<b>WYMAGANE DOKUMENTY</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Instrukcja obsługi</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>DTR</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Karta gwarancyjna</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>Certyfikaty</li></ul>		

.....  
(miejsowość i data)

.....  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
do reprezentowania Wykonawcy